内 訳 書

25-00959

NO	品 名	メーカー・規格	数量	単 価	金額 (円)	納品場所
1	ペースメーカー統合管理サービス	キャノンメディカルシステムズ	1 式			臨床工学室
2	(一式内訳)					
3	【ペースメーカー統合管理】		1 式			
4	①ペースメーカー統合管理ソフトウェア	CPIS-01	1			
5	②ペースメーカー統合管理サービス		1			
6	・ゲートウェイ端末 (5年ハード保証) PC本体、22インチ液晶モニタ、キーボード、マウス		1			
7	・LANケーブル、電源タップ		1			
8	・ライセンス関係 ESET (NOD32アンチウイルス5年サポート) クライアント証明書 (5年保証)		1			
9	③システム設計試験費	SYSDEV-C	1			
10						
計						

内 訳 書

25-00959

NO	品 名	メーカー・規格	数量	単 価	金額 (円)	納品場所
11	【植え込みデバイス台帳】		1 式			
12	①植え込みデバイス台帳システム		1			
13	・レポートサーバー (タワー型)		1			
14	・サーバー用UPS (タワー型)		1			
15	・レポート接続ライセンス		16			
16	・植え込みデバイス台帳 (J-CDTR項目対応)		1			
17	・デバイス物品マスタ登録/管理機能		1			
18	・プログラマPDF取込機能		1			
19	・遠隔モニタリング数値取込機能		1			
20	・データコンバージョン (移行元データはFileMakerを想定)		1			
計						

内 訳 書

25-00959

NO	品 名	メーカー・規格	数量	単 価	金額 (円)	納品場所
21	・ 電子カルテ接続対応 再診予約情報取得、カルテ転記、URL参照連携、職員マスク取込		1			
22	②クライアントパソコン デスクトップ		1			
23	(PC本体、22インチ液晶モニタ、キーボード、マウス、5年ハード保証)					
24	③クライアントパソコン ノートパソコン (15.6型モニタ、マウス、5年保証)		2			
25	④システム設計試験費	SYSDEV-C	10			
26	⑤ファイル転送装置	FTS-100E	5			
27	⑥無線バーコードリーダー		2			
28	⑦植え込み台帳サーバ管理用ソフトウェア	SVIW-TMH05	1			
29	⑧植え込み台帳サーバ管理用TMHライセンス	SVI WV-005MH	1			
30						
計						

内 訳 書

25-00959

NO	品 名	メーカー・規格	数量	単 価	金額（円）	納品場所
31	【回線工事費用】		1 式			
32	クラウド通信用ゲートウェイ 端末でIP-VPN回線を利用して 遠隔データを受信しデータ取 込					
33	クラウド受信用ゲートウェイ端 末に取り込みされたデータを可 搬型媒体にて運搬し、院内ネッ トワークにある植え込みデバイ ス台帳に取込					
34	・サーバ及びクライアントパ ソコンのウイルスチェックソ フト不要（病院ライセンスに てインストール予定）					
35	・電源工事等、机、棚など什 器等の費用含まず					
36						
37	【富士通接続費用】		1 式			
38	・ベンダーからカルテ 記事連携（SOAP連 携）、利用者マスタ		1			
39	・再診予約オーダ連携 （ODBC接続）		1			
40	・WEB参照用ボタンの ナビマ追加		1			
計						

NW 関連仕様・設計書確認事項

- ・導入システム本体（サーバ機器および医療情報を取扱う院内クライアント PC）が常時外部ネットワークと断絶されており、ネットワーク経由での侵入のリスクが無いこと。
- ・USB を使った院外用端末から院内 PC への取込端末は、指定 USB かつ指定端末でしか使えないような設定を施すこと。
- ・外部 PC の通信先を IP-VPN を用い当該サービスのみに限定すること。
- ・構築時から稼働まで常時セキュリティソフトを導入し、常に最新化すること。
- ・院内ネットワーク設置のサーバ、クライアント PC は当院提供のウイルス対策ソフトを導入すること。
- ・院内外のネットワーク工事、既存システムや機器との連携・接続および調整費用が含まれていること。
- ・厚労省ガイドライン最新版に準拠すること。
- ・システム概念図、ネットワーク図を提示すること。
- ・納入機器構成を提示すること。
- ・サーバ構成を提示すること。（ラックユニット数が分かるもの、電源仕様）
- ・バックアップ仕様を提示すること。
- ・既設院内システムとの接続仕様を提示すること。
- ・遠隔保守があるのであれば、病院指定のもの、もしくは同等のものを仕様と併せて提示すること。
- ・ハードウェア更新等の長期利用計画を提示すること。